



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: [HTTP://WWW.UOP.GR](http://www.uop.gr)

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372134  
Fax: 2710 / 372108  
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική,  
Πουλοπούλου Παναγιώτα,  
e-mail: [vtsohou@uop.gr](mailto:vtsohou@uop.gr), [penypoul@uop.gr](mailto:penypoul@uop.gr)

Τρίπολη, 4/12/2020  
Αριθμ. Πρωτ.: 10464

### ΣΥΜΒΑΣΗ

#### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Στην Τρίπολη, σήμερα στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Α. Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, (οδός Ερυθρού Σταυρού και Καρυωτάκη) με Α.Φ.Μ. 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης **Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα** (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β' 4835/29-12-2017), και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «Αγοραστής», και

Β. Της εταιρίας με την επωνυμία «**Αφοί Α. Σελίδη Ανώνυμη Εταιρία Επιστημονικού Εξοπλισμού**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΝΤΙΣΕΛ**» με έδρα στη Θεσσαλονίκη, 12ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Κτίριο Spectra, TK 570 01, Θέρμη, ΑΦΜ: 091569759, ΔΟΥ:ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 – 322525, e-mail: [antisel@antisel.gr](mailto:antisel@antisel.gr) που εκπροσωπείται για την υπογραφή της από τον κ. Θεόδωρο Σελίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος «Ο Προμηθευτής»

#### Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το υπ'αριθμ. 1463-8/10/2020 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με ΑΔΑΜ: 20REQ007447804
3. Την υπ'αριθμ. 9393/26-10-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 97ΛΚ469Β7Δ-ΨΟ6, ΑΔΑΜ: 20REQ007544681
4. Την υπ'αριθμ. 1514/27-10-2020 πρόσκληση υποβολής προσφορών
5. Την υπ'αριθμ. 1567/12-11-2020 αξιολόγηση των προσφορών του Τμ. Φυσικοθεραπείας

6. Την υπ' αριθμ. 10081/19-11-2020 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών
7. Την υπ' αριθμ. Απόφαση 4/30-11-2020 Συνεδρίαση 183<sup>Η</sup> με ΑΔΑ:6ΔΧ7469Β7Δ-ΦΓΒ, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007758007 περί ανάθεσης Προμήθειας στο πλαίσιο απ' ευθείας ανάθεσης της προμήθειας για το Τμ. Φυσικοθεραπείας

συμφωνήσαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν

### ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύσει στον Αγοραστή τα είδη σύμφωνα με την υπ' αριθμ.1514/27-10-2020 πρόσκληση. Αναλυτικά: Τα υπό προμήθεια είδη είναι μία (1) Συσκευή Ηλεκτροθεραπείας με Ενσωματωμένη Αναρρόφηση, μία (1) Συσκευή Θεραπευτικού Υπερήχου και μίας (1) τροχήλατη συσκευή εκπομπής υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

### ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΙΜΗΜΑ

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό **4.898,00 € συμ/νου ΦΠΑ, ήτοι 3.950,00 € άνευ ΦΠΑ 24%** βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΕ:1000-1200-1299,1299, ΑΑΥ 490/26-10-2020, με ΑΠ 9393/26-10-2020 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 2020, με ΑΔΑ: 97ΛΚ469Β7Δ-ΨΟ6.

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπείας για τις εκπαιδευτικές-εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σπάρτη)					
α/α	Αφορά πίνακα	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Τιμή άνευ ΦΠΑ 24 %	Τιμή με ΦΠΑ 24 %
1	A1	Συσκευή ηλεκτροθεραπείας με ενσωματωμένη Αναρρόφηση	Ένα (1)	<b>2.350 €</b>	<b>2.914 €</b>
2	A2	Συσκευή θεραπευτικού υπερήχου	Ένα (1)	<b>1.200 €</b>	<b>1.488 €</b>
3	A3	Τροχήλατη συσκευή εκπομπής υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας	Ένα (1)	<b>400 €</b>	<b>496 €</b>
Συμπληρώνονται τυχόν παρατηρήσεις - διευκρινήσεις του ενδιαφερόμενου προμηθευτή					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ					
Αριθμητικώς: <b>4.898 €</b>					
Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ					

Στις άνω τιμές περιλαμβάνεται το κόστος παράδοσης, εγκατάστασης, η επίδειξη λειτουργίας των προσφερομένων ειδών στον τόπο παράδοσης, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού.

### ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με

## 20SYMV007782945 2020-12-07

χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€).

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά οποιοσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη δασμοί, φόροι, μεταφορικά και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

### **ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Τα είδη της προμηθείας θα παραδοθούν **έως 30/12/2020 με επιμέλεια της Επιτροπής παραλαβής και του Τμήματος**. Τα μεταφορικά κόστη βαρύνουν τον ανάδοχο, θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή.

### **ΑΡΘΡΟ 5-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην σύμβαση, σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).

### **ΑΡΘΡΟ 6-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

### **ΑΡΘΡΟ 7-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως.

### **ΑΡΘΡΟ 8-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αρκαδίας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δύο (2) και ένα (1) ο Προμηθευτής.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	Για την Εταιρεία
<p style="text-align: center;"><b>Ο Αντιπρύτανης</b></p> <p><b>Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης</b></p> <p><b>GEORGIOS LEPOURAS</b></p> <p>Digitally signed by GEORGIOS LEPOURAS Date: 2020.12.04 17:51:47 +02'00'</p> <p style="text-align: center;"><b>Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας</b></p>	<p><b>Αφοί Α. Σελίδη ΑΕ επιστημονικού εξοπλισμού</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ο νόμιμος εκπρόσωπος</b></p> <p>Digitally signed by THEODOROS SELIDIS Date: 2020.12.04 13:24:29 EET Location: Αθήνα</p> <p style="text-align: center;"><b>Σελίδης Θεόδωρος</b></p>

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:**

**ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:** Για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

**ΤΙΜΕΣ ΣΕ:** Ευρο για ελεύθερη παράδοση.

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Έως και 30 Δεκεμβρίου 2020.

**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:** Περιλαμβάνονται

**ΠΛΗΡΩΜΗ:** Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:** Δύο (2) έτη.

**ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:** Δέκα (10) έτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

<b><u>Πίνακας Α1</u></b>				
<b>Μία (1) Συσκευή Ηλεκτροθεραπείας με Ενσωματωμένη Αναρρόφηση</b>				
<b>α/α</b>	<b>Περιγραφή /Χαρακτηριστικά</b>	<b>Απαίτηση</b>	<b>*Απάντηση</b>	<b>Παραπομπή</b>
<b>1</b>	Επωνυμία συσκευής/μηχανήματος - μοντέλο	Να αναφερθεί	ENDOMED 482+ VACOTRON 460	
<b>2</b>	Εγγύηση	>= 2 έτη	2 έτη	
<b>3</b>	θα πρέπει να διαθέτει στα προεγκατεστήμενα ρεύματα (τα οποία θα βρίσκονται στην μνήμη του μηχανήματος), τα πιο συχνά εφαρμόσιμα ρεύματα στην καθημερινή πρακτική του επαγγέλματος της Φυσικοθεραπείας, (ρεύματα που χρησιμοποιούνται με σκοπό την	ΝΑΙ	Διαθέτει 16 τύπους ρευμάτων ανά κανάλι	

	ενδυνάμωση εννευρωμένων καθώς και απονευρωμένων μυών, Ρεύματα που χρησιμοποιούνται με σκοπό να επιφέρουν αναλγησία).			
<b>4</b>	θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της: α) να δημιουργεί, β) να αποθηκεύει στην μνήμη της συσκευής και γ) να εφαρμόζει ρεύματα με οριζόμενες από τον χρήστη της, παραμέτρους εφαρμογής.	ΝΑΙ	42 Πρωτόκολλα θεραπείας  1000+ Μνήμες Αποθήκευσης	
<b>5</b>	Η συσκευή ηλεκτροθεραπείας εκτός των ηλεκτροδίων αναρρόφησης και των αντίστοιχων καλωδίων που χρειάζονται για την σύνδεσή τους στην συσκευή, θα πρέπει να διαθέτει και ηλεκτρόδια σιλικόνης ή άνθρακα-καουτσούκ μαζί με τα αντίστοιχα καλώδια που χρειάζονται για την σύνδεσή τους στην συσκευή, καθώς και να έχει τη δυνατότητα να τοποθετούνται στα καλώδιά της και να λειτουργεί με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια με γέλη (gel). Επιπρόσθετα, στο λογισμικό της εν λόγω συσκευής θα πρέπει να υπάρχουν έτοιμα προς χρήση, πρωτόκολλα θεραπείας, για τις πιο συχνές κακώσεις και παθήσεις του ανθρωπίνου σώματος, στις οποίες πραγματοποιούνται εφαρμογές ηλεκτροθεραπείας.	ΝΑΙ	Ναι. Θα συνοδεύεται από 4 ηλεκτρόδια άνθρακα - καουτσούκ με τα αντίστοιχα καλώδια/σφουγγάρια.  Δυνατότητα για αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια.  42 Πρωτόκολλα θεραπείας	
<b>6</b>	θα πρέπει να συνοδεύεται: Από δύο (2) σετ (ανά διαθέσιμη διάσταση) αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων με γέλη (gel) για τη συσκευή ηλεκτροθεραπείας, κατάλληλα έτσι ώστε να προσαρμόζονται στα καλώδια της συσκευής ηλεκτροθεραπείας που θα επιλεγεί.	ΝΑΙ	Ναι. Θα συνοδεύονται από 2 τετράδες αυτοκόλλητα 5x5 cm και 5x9 cm	
<b>7</b>	θα πρέπει να συνοδεύεται: Από τρία (3) σετ (ανά διάσταση ηλεκτροδίων σιλικόνης ή άνθρακα-καουτσούκ) θήκες-σφουγγαράκια για τα διαθέσιμα ηλεκτρόδια σιλικόνης ή άνθρακα-καουτσούκ τα οποία θα συνοδεύουν τη συσκευή ηλεκτροθεραπείας (οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση με τα ηλεκτρόδια που θα διαθέτει η συσκευή ηλεκτροθεραπείας που θα επιλεγεί).	ΝΑΙ	Ναι. Θα συνοδεύεται από 3 τετράδες σφουγγάρια 6x8 cm	
<b>8</b>	Να συνοδεύεται: Από τρία (3) σετ σφουγγαράκια (ανά διάσταση ηλεκτροδίων αναρρόφησης) για τα ηλεκτρόδια της συσκευής αναρρόφησης (οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι	ΝΑΙ	Ναι. Θα συνοδεύεται από 3 τετράδες σφουγγάρια 60mm διαμέτρου	

	κατάλληλες για χρήση με τα ηλεκτρόδια αναρρόφησης που θα διαθέτει η συσκευή ηλεκτροθεραπείας).			
<b>9</b>	<p>Να περιλαμβάνει :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δύο (2) ελαστικούς ιμάντες (με Velcro) διαστάσεων 40 cm x 5 cm, χρήσιμων για τη σταθεροποίηση των ηλεκτροδίων σιλικόνης ή άνθρακα-καουτσούκ της συσκευής ηλεκτροθεραπείας, στο ανθρώπινο σώμα.</li> <li>• Δύο (2) ελαστικούς ιμάντες (με Velcro) διαστάσεων 60 cm x 5 cm, χρήσιμων για τη σταθεροποίηση των ηλεκτροδίων σιλικόνης ή άνθρακα-καουτσούκ της συσκευής ηλεκτροθεραπείας, στο ανθρώπινο σώμα.</li> <li>• Δύο (2) ελαστικούς ιμάντες (με Velcro) διαστάσεων 80 cm x 5 cm, για τη σταθεροποίηση των ηλεκτροδίων σιλικόνης ή άνθρακα-καουτσούκ της συσκευής ηλεκτροθεραπείας, στο ανθρώπινο σώμα.</li> <li>• Δύο (2) ελαστικούς ιμάντες (με Velcro) διαστάσεων 100 cm x 5 cm, χρήσιμων για τη σταθεροποίηση των ηλεκτροδίων σιλικόνης ή άνθρακα-καουτσούκ της συσκευής ηλεκτροθεραπείας, στο ανθρώπινο σώμα.</li> <li>• Δύο (2) ελαστικούς ιμάντες (με Velcro) διαστάσεων 80 cm x 10 cm, χρήσιμων για τη σταθεροποίηση των ηλεκτροδίων σιλικόνης ή άνθρακα-καουτσούκ της συσκευής ηλεκτροθεραπείας, στο ανθρώπινο σώμα.</li> </ul>	NAI	NAI	
<b>10</b>	Να διαθέτει τροχήλατη βάση για την στήριξη και μεταφορά της.	NAI	Ναι. Τροχήλατο εργοστασιακό ENCAR U3	

**Πίνακας Α2****Μία (1) Συσκευή Θεραπευτικού Υπερήχου**

<b>α/α</b>	<b>Περιγραφή /Χαρακτηριστικά</b>	<b>Απαιτηση</b>	<b>*Απάντηση</b>	<b>Παραπομπή</b>
<b>1</b>	Επωνυμία συσκευής/μηχανήματος - μοντέλο	Να αναφερθεί	SONOPULS 490	
<b>2</b>	Εγγύηση	>= 2 έτη	2 έτη	
<b>3</b>	Η συσκευή θα συνοδεύεται από την κεφαλή για την πραγματοποίηση εφαρμογών. Στο λογισμικό της εν λόγω συσκευής θα πρέπει να υπάρχουν έτοιμα προς χρήση, πρωτόκολλα θεραπείας, για τις πιο συχνές κακώσεις και παθήσεις του ανθρώπινου σώματος, στις οποίες πραγματοποιούνται εφαρμογές θεραπευτικού υπερήχου. Η εν λόγω συσκευή θεραπευτικού υπερήχου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της: α) να δημιουργεί β) να αποθηκεύει στην μνήμη της συσκευής και γ) να εφαρμόζει θεραπευτικό υπέρηχο με οριζόμενες από τον χρήστη της, παραμέτρους εφαρμογής	ΝΑΙ	ΝΑΙ. Θα συνοδεύεται από 1 κεφαλή 5cm <sup>2</sup> , 1&3 Mhz, 25 Πρωτόκολλα θεραπείας, 1000+ μνήμες αποθήκευσης	
<b>4</b>	Να διαθέτει ένα (1) δοχείο χωρητικότητας 5 Lt με γέλη (Gel) κατάλληλου για χρήση με τη συσκευή	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
<b>5</b>	Να διαθέτει τροχήλατη βάση για την στήριξη και μεταφορά της.	ΝΑΙ	Ναι. Τροχήλατο εργοστασιακό ENCAR U3	

**Πίνακας Α3****Μία (1) τροχήλατη συσκευή εκπομπής υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας**

<b>α/α</b>	<b>Περιγραφή /Χαρακτηριστικά</b>	<b>Απαιτηση</b>	<b>*Απάντηση</b>	<b>Παραπομπή</b>
<b>1</b>	Επωνυμία συσκευής/μηχανήματος - μοντέλο	Να αναφερθεί	IRG 250 WATT	
<b>2</b>	Εγγύηση	>= 2 έτη	2 έτη	
<b>3</b>	Να εκπέμπει υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους της πηγής εκπομπής χωρίς χρονοδιακόπτη	ΝΑΙ	Εκπέμπει μόνο Υπέρυθρη Ακτινοβολία	



## 20SYMV007782945 2020-12-07

<b>4</b>	Να διαθέτει τροχήλατη βάση για την στήριξη και μεταφορά της.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
----------	--	-----	-----	--